

Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Beograd dostavljen je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke Mikro raman spektrometra, JN br. 17-op, sa sledećim pitanjima:

1. Da li specifikovane tražene snage lasera 532 nm (20-100mW) i 780 nm (>100mW) mogu imati drugačije iznose snage ukoliko takvo rešenje našeg proizvođača garantuje tražene performanse?

Da li umesto traženog objektiva 40 x NIR može biti ponudjen objektiv 50 x pošto se samo za određene definisane objektivne može softverski izvršiti kalibracija kod svakog proizvođača?

2. Navedeno je u tenderskoj dokumentaciji JN 17-OP da sva dokumenta treba da budu na srpskom jeziku.

Razumemo da ponuda treba da bude na srpskom jeziku, ali da li je potrebno da na srpskom jeziku budu i:

1. SERVISNI SERTIFIKATI
2. AUTORIZACIJA PROIZVOĐAČA
3. BROŠURE

Povodom navedenog zahteva, dajemo sledeće odgovore:

1. Da, laseri 532 nm I 780nm mogu imati drugačije iznose snage, ukoliko takvo rešenje proizvođača garantuje tražene performanse.

Umesto objektiva 40x NIR može biti ponuđen objektiv 50x NIR.

2. Nije potrebno da servisni sertifikat, autorizacija proizvođača i brošure budu na srpskom jeziku