

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку системског микроскопа са могућношћу рада у одбијеном и пропуштеном светлу, поларизованом светлу и UV светлу ЈН бр. 1.1.1- оп са молбом за одговор на постављено питање:

„Техничком документацијом тражено је увећање x50, да ли је прихватљиво нудити увећање x40

или

то треба схватити као минимални захтев те се може нудити
веће увећање од x50 т.ј. x60 и више.“

Одговор:

Потребно је понудити BF/DF објектив увећања x50, али биће прихваћено и увећање x60, у случају да произвођач нема BF/DF објектив увећања x50.

Понуђено увећање x40 неће бити прихваћено.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. 1.1.1-ОП**