

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев за појашњење конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке инфрацрвеног микроскопа (mikro – FTIR), ЈН бр. 16-оп, са следећим питањем:

„У тендерској документацији на страни 15, део 16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, кажете да:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: економски најповољнија понуда, а на основу следећих елемената:

- **техничке карактеристике инструмената** - 10 пондера, и то:
- тринокулар (окулари и CCD камера) ---- 1 пондер
- опција мапирања узорака ---- 4 пондера
- опција хемијског имиџинга (chemical imaging) ---- 5 пондера

Питање: Да ли је систем са тринокуларом и USB 3 visible CMOS камером, која представља боље техничко решење, прихватљив за доделу једног пондера.“

Поводом наведеног захтева дајемо следећи одговор:

Решење са тринокуларом и USB 3 visible CMOS камером је прихватљиво и уклапа се у критеријум за бодовање 1 пондером.