

Republičkom zavodu za začitu spomenika kulture - Beograd dostavljen je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke infracrvenog mikroskopa (mikro - FTIR), JN br. 16-op sa sledećim pitanjima:

1. S obzirom na princip ponderisanja tehničkih karakteristika

- **техничке карактеристике инструмената** - 10 пондера, и то:

- триокулар (окулари и CCD камера) ---- 1 пондер
- опција мапирања узорака ---- 4 пондера
- опција хемијског имицинга (chemical imaging) ---- 5 пондера

Da li ovo znači da 5 pondera dobija firma koja odmah ponudi hemijski imaging ili koja ima sistem spreman za upgrade na imaging opciju (zahteva dodatni detector).

2. Takođe ako je standalone mikroskop koji ima samo jedan ocular , da li se priznaje I dodatno boduje taj ocular I ugradjena kamera (TruView)

Na postavljena pitanja dajemo sledeće odgovore:

1. Iz tehničke specifikacije se vidi da je instrument bez funkcije hemijskog imidžinga prihvatljiv. Ukoliko pak instrument ima odmah operativnu funkciju hemijskog imidžinga dobiće 5 pondera. Ukoliko ima samo opciju upgrade-a za hemijski imidžing dobiće 0 poena

2. Trinokular na mikroskopu podrazumeva dva okulara (koji omogućavaju da se slika uzorka opazi vidom gledanjem kroz okulare) i dodatni izlaz (okular) za kameru (CCD , CMOS i sl). Ukoliko instrument ima minimum jedan okular kroz koji je moguće očnim vidom videti uzorak pod mikroskopom i kameru biće ponderisan sa 1 bodom