

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку системског микроскопа са могућношћу рада у одбијеном и пропуштеном светлу, поларизованом светлу и UV светлу ЈН бр. 1.1.1- оп са молбом за одговор на постављено питање:

„Da li je

prihvatljivo nuditi:

CCIS Plan FLUOR

objective PL UC FL 10X/0.30 (WD=11.7mm)

CCIS Plan FLUOR

objective PL UC FL 20X/0.50 (WD=2.2mm)

CCIS Plan FLUOR

objective PL UC FL 50X/1.0/S-Oil (WD=0.17mm)

Umesto traženog:

Панфлуоритни

објективи за Darkfield и Brightfield у увећању x10, x20, x50 прилагођени за посматрање без покровног стакла“

Одговор:

„Neophodne su karakteristike tražene konkursnom dokumentacijom. Objektori moraju biti panfluoritni, odnosno semi-apohromatski za BF u propuštenom i reflektovanom svetlu i DF u reflektovanom svetlu i prilagođeni za posmatranje preparata bez pokrovnog stakla. Moraju imati polarizaciju za reflektovano svetlo.“

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. 1.1.1-ОП**